



Тестикулярні імплантати

Заповнені силіконовим гелем чи м'яким силіконовим еластомером, з посиленою кришечкою чи з провідником для голки п'ять розмірів кожного виду



З посиленою кришечкою



З провідником для голки

Implants made by POLYTECH – QUALITY made in Germany



POLYTECH
health & aesthetics 

Тестикулярні імплантати, С€ 0483

Опис продукції

Тестикулярні імплантати з гладенькою поверхнею виготовляються двох видів, обидва можна фіксувати до тканин.

Заповнені силіконовим гелем імплантати мають короткий тефлоновий провідник для голки, який попереджує прокол імплантату. Після фіксації провідник необхідно видалити.

Тестикулярні імплантати з високо-полімеризованого силікону мають ущільнену кришечку, прошиваючи яку можна фіксувати імплантат.

Інформація про матеріали

Оболонка, яка містить бар'єрний шар, заповнена високо перехресно-зв'язаним силіконовим гелем, або містить високо-полімеризований POLYsmoooth™ силікон. Обидва види імплантатів мають гладеньку поверхню.

Виробництво та якість імплантатів відповідають вимогам міжнародних стандартів по контролю якості ISO 9001 та ISO 13485. Всі матеріали, які використовуються, дозволені до застосування в медичній практиці.

Покази

- Реконструкція після орхідектомії
- Реконструкція після травми
- Корекція асиметрії
- Корекція вроджених дефектів
- Заміна імплантату

Тестикулярні імплантати

Кат. №	Об'єм (мл)	Розміри (см)	
		A	B

з провідником для голки, POLYsmoooth™

заповнені силіконовим гелем, гладенька поверхня упаковані поштучно, стерильні, С€ 0483

10100-005	5	2.0	2.2
10100-012	12	2.6	3.3
10100-021	21	3.2	4.2
10100-027	27	3.3	4.8
10100-036	36	3.9	5.0



з посиленою кришечкою, POLYsmoooth™

заповнені м'яким силіконовим еластомером, гладенька поверхня упаковані поштучно, стерильні, С€ 0483

10101-005	5	2.0	2.2
10101-012	12	2.6	3.3
10101-021	21	3.2	4.2
10101-027 ¹	27	3.3	4.8
10101-036 ¹	36	3.9	5.0



розміри приблизні

На складі	¹ постачаються після замовлення ≈ 6 тижнів
-----------	--

Важлива інформація

Тестикулярні імплантати постачаються упакованими поштучно і стерильними.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тефлоновий провідник для голки у заповнених силіконовим гелем імплантатів необхідно видалити перед ушиванням рани!

Увага: Будь ласка, зверніть увагу на детальну інструкцію по застосуванню, яка додається до кожного імплантату.

Дистриб'ютор:

ТОВ Політех Хелс Україна

бул. Л.Українки, 26, офіс 509 • 01133, Київ, Україна

+38 044 455 99 19

polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua



Виробник:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Alzheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

+49 (0) 60 71 98 63 0 • +49 (0) 60 71 98 63 30

info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com